

# KELLER Druckmesstechnik



St Gallerstrasse 119, CH-8404 WINTERTHUR, Tel. +41 / 52 / 235 25 25 Fax. +41 / 52 / 235 25 00  
Schwarzwaldstrasse 17, D-79798 JESTETTEN, Tel. +49 / 77 45 / 92 14-0 Fax. +49 / 77 45 / 92 14-60

## Prüfprotokoll

Calibration Certificate / Fiche de calibration

Typ : PR-46X / 20mbar / 81960.50  
Type / Type :  
Seriennummer : 75372 Auftrags Nr. : R 408264 Pos.1 /DE  
Serial No. / N° de série : Keller Order no. / Réf. Keller :  
Bereich : 0.000 ... 20.000 mbar  
Range / EM :  
Anzeige : 4.000 ... 20.000 mA  
Display / Affichage :  
Komp. Temp. Bereich : 10...50° C Speisung : + 8 ... 28 VDC  
Comp. Temp. Range / Gamme de Temp. Comp. Supply / Alimentation :

Prüfmittel : Mensor 600, PM02295 / Keithley 199, PM03108  
Testequipment / Appareil de test :  
Luftdruck : 970,13 mbar  
Atm. Pressure / Pression atm. :  
Temperatur : 25 °C  
Temperature / Température :

Bemerkung :  
Remark / Remarque :

Druck
Pressure / Pression
mbar
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000

Anzeige
Display / Affichage
mA
4.003
7.996
11.997
15.998
20.003

Fehler
Error / Erreur
%FS / %EM
0.02
-0.02
-0.02
-0.01
0.02

Prüfer /in: *M. Terlicher*  
Test person: M. Terlicher  
Contrôlé par:

Datum: 09.08.2022  
Date: 09.08.2022  
Date: