KELLER

Measurement Result
Messergebnis

SN : 79249


Nominal Value *Nominalwert* [mbar]	Target Value *Sollwert* [mbar]	Measured Value Digital *Messwert digital* [mbar]	Deviation *Abweichung* [%FS]
0.000	0.000	-0.014	-0.070
5.000	5.000	4.985	-0.072
10.000	10.000	9.981	-0.095
15.000	14.999	14.947	-0.263
20.000	20.000	19.960	-0.200

Nominal Value *Nominalwert* [mbar]	Target Value *Sollwert* [mA]	Measured Value Analog *Messwert analog* [mA]	Deviation *Abweichung* [%FS]
0.000	4.000	3.993	-0.042
5.000	8.000	7.985	-0.094
10.000	12.000	11.982	-0.112
15.000	15.999	15.964	-0.221
20.000	20.000	19.968	-0.203

Accuracy Digital Output
Genauigkeit digitales Ausgangssignal

Deviation Digital *Abweichung digital* -0.263 %FS


Calibration within Tolerance *Kalibrierung innerhalb Toleranz* Test passed



Accuracy Analog Output
Genauigkeit analoges Ausgangssignal

Deviation Analog *Abweichung analog* -0.221 %FS

Calibration within Tolerance *Kalibrierung innerhalb Toleranz* Test passed



Calibration Certificate issued by *Kalibrierzertifikat erstellt durch* M.Terlicher

M. Terlicher

Date *Datum* 19.08.2026

KELLER Pressure AG
St. Gallerstrasse 122
CH-8404 Winterthur

Tel. +41 52 235 25 25
info@keller-pressure.com
www.keller-pressure.com